

SVI sejtek | 400495

Általános információk

Description Az SVI sejtvonalat a H-2kb-tsA58 transzgenikus egerekből izolált glomerulusok kinövéséből klónozták. Az egerek az SV40 nagy T antigén hőmérséklet-érzékeny változatát hordozzák az IFN-g-indukálható H-2kb promóter ellenőrzése alatt. A sejtek 33 Celsius-fokon szaporodnak, 37 Celsius-fokon pedig differenciálódnak. Jelenleg a sejteket több mint 40 passzázon keresztül sikeresen tenyésztették fenotípusos változások észlelése nélkül. Az SVI morfológia és számos marker kifejeződése tekintetében nagyon hasonlít az E11-re. Például a podocin és a WT1 kisebb mértékben fejeződik ki, mint az E11 esetében. Differenciálódás: A differenciálódási folyamatot úgy indítsuk el, hogy a nem folyékony lombik(ok)at 38 Celsius-fokos / 5% CO₂-os inkubátorba helyezzük legalább 14 napra a differenciálódás befejezéséhez. Interferon-gamma (INF-gamma) hozzáadása nem szükséges.

Organism Egér

Tissue Vese

Jellemzők

Breed/Subspecies (CBA/Ca x C57BL/10)Tg(H2KbtsA58) Immort

Age Felnőtt

Gender Meghatározatlan

Cell type Podocita

Growth properties Adherent

Szabályozási adatok

Citation SVI (Cytion katalógusszáma 400495)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 10090

CellosaurusAccession CVCL_5943

GMO Status GMO-S1: Ez az egér podocita sejtvonala (SVI) az ImmortoMouse modell részeként feltételesen aktív SV40 Large T-Antigén transzgént tartalmaz, amely támogatja a hőmérséklet-érzékeny immortalizációt. A konstrukció stabilan jelen van a podocitákból származó sejtekben. Ez a besorolás csak Németországban érvényes, máshol ettől eltérhet.

SVI sejtek | 400495

Biomolekuláris adatok

Protein expression WT1, Lmx1b, nefrin, NEPH1, FAT, P-kadherin, CD2AP, ZO-1, podocalyxin, podoplanin, synpo, podocin, TRPC6 és GAPDH.

A kezelése

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (Cytion 820700a cikkszám)

Supplements A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Dissociation Reagent Accutase

Subculturing Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Split ratio 1:3 és 1:5 közötti arányt javasolunk. Differenciálódási körülmények között, azaz 38 °C-on történő inkubálás során a nem konfluens tenyészeteknél a sejtek szaporodása az első két héten belül lelassul, majd körülbelül négy hét után teljesen leáll.

Seeding density A szaporodási folyamat érdekében oltassa be a T75 sejtkultúra-lombikokat 1×10^4 sejt/cm² (kb. 60 000 sejt/ml, 12 ml táptalaj egy T75-ben) koncentrációval. Tartsa a sejteket 33 °C-on / 5% CO₂-koncentráció mellett, amíg a lombik körülbelül 75%-ban össze nem nő.

Fluid renewal heti 3 alkalommal

Freeze medium Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krioindukált stressz csökkentése érdekében.

SVI sejtek | 400495

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150 °C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37 °C -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a kriofülkét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation
Atmosphere**

33 °C , 5% CO_2 , párasított légkör.

Flask Coating

Nincs

**Freezing
Procedure**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Shipping
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

SVI sejtek | 400495

Storage Conditions

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés / Genetikai profil / HLA

Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

STR profil

Amelogenin: x,x